TSK

Косметическая термооблицовка EasySkin™

Защитное косметическое термопокрытие



3

5

7

9

11

12

13

Данная облицовка от ***ALPS™*** представляет из себя предварительно растянутую косметическую облицовку с термоусадкой под требуемый размер. После надевания облицовки поверх протезной системы для термоусадки под требуемый размер, начинают прогрев облицовки при помощи специального фена, при этом прогрев следует начинать от мыска стопы и далее вверх к проксимальной части. При необходимости постоянной подклейки облицовки можно использовать промышленный контактный виниловый клей (например: винил-цемент). Для применения в системах с вакуумным креплением, сделайте небольшое отверстие таким образом, чтобы не возникало раздутия косметической облицовки.

Основные особенности изделия:

- Высокая степень приспосабливаемости облицовки при термоусадке;
- Два типоразмера способны удовлетворить потребности большинства пользователей;
- Предварительная растяжка облицовки способствует легкому надеванию облицовки для последующей термоусадки под заданный размер;
- Не имеет линий перехода в области щиколотки.

ШИФР ИЗДЕЛИЯ

TSK-X-S	**Косметическая облицовка EasySkin,** размер маленький
TSK-X-L	**Косметическая облицовка EasySkin,** размер большой

Доступны цветовые образцы.
ЦВЕТА: 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13

ИМ13

TSK
Косметическая термооблицовка EasySkin™

Диаграмма размеров косметической термооблицовки EasySkin TSK



Таблица размеров косметической термооблицовки EasySkin TSK

Спецификация

МАЛЕНЬКАЯ (S)	длина стопы	окружность щикотолки	икроножная окружность
Минимум	18 см	17 см	25 см
Максимум	23 см	22 см	35 см
БОЛЬШАЯ (L)			
Минимум	23 см	22 см	35 см
Максимум	30 см	29 см	45 см

*Все икроножные измерения и измерения щиколотки приведены в см.

Необходимые материалы и инструмент:

Косметическая термооблицовка EasySkin™ - Шифр: TSK-X-XX

где: X - номер цвета (3, 5, 7, 9, 11, 12, 13)

XX - размер термооблицовки [маленькая (S) или большая (L)]

Специальный тепловой фен

Процедуры:

1. Извлеките из упаковки **Косметическую термооблицовку EasySkin**
2. Наденьте **Косметическую термооблицовку EasySkin** поверх протеза (НЕ ТЯНИТЕ за любые складки и провисания **Косметической термооблицовки EasySkin** стопы и Ахиллесова сухожилия. Такое натяжение может привести к разрыву термооблицовки в проксимальной области пяточной кости. Специальный тепловой фен при нагреве устранит избыток материала; при этом начинать процедуру прогрева надо с пальцев, переходя к середине стопы, область пяточной кости, Ахиллесово сухожилие и продолжить процедуру в проксимальной области термооблицовки).
3. При помощи специального фена осторожно прогревайте области в которых должна произойти термоусадка облицовки **EasySkin**. Не держите фен в одном месте длительное время. Температура фена должна быть в диапазоне 400F-700F (204°C - 371°C).
4. Подклейте **косметическую термооблицовку EasySkin** к проксимальному краю гильзы протеза при помощи промышленного клея типа винил-цемент.
5. При необходимости используя горячий утюжок, нагрейте и сгладьте проксимальный край **косметической термооблицовки EasySkin**.

Процедура для придания выраженной косметичности мыску стопы

Данная технология предполагает проведения работы под вакуумом и соответственно, установку вакуумной трубки между протезом и термооблицовкой. Для предохранения термооблицовки, трубку рекомендуется обернуть тканью.

1. Извлеките из упаковки **Косметическую термооблицовку EasySkin**

2. Наденьте **Косметическую термооблицовку EasySkin** поверх протеза

3. При помощи специального фена прогрейвайте часть **Косметической термооблицовки EasySkin**, пока облицовка не будет облегать стопу. Температура специального фена должна находиться в диапазоне от 400F до 700F (204°C - 371°C), следует избегать перегрев отдельных областей покрытия, чтобы избежать его «пузырение».

4. Удерживайте облицовку в области от щиколотки до проксимальной части, сдвиньте вакуумную трубку вниз области щиколтки. Удостоверьтесь в наличии ткани на конце вакуумной трубки для предотвращения блокировки облицовки вакуумного насоса. Во избежании повреждения термооблицовки обеспечьте герметичность между Вашей вакуумной трубкой, **Косметической термооблицовкой EasySkin** и проксимальной линией среза гильзы.

5. Установите вакуум на Вашей установке в диапазоне 12 - 20 дюймов ртутного столба (305 - 508 мм ртутного столба, или 40 636 Па - 67 728 Па), дайте вакуум и дождитесь когда облицовка обожмет оласть мыска стопы. При помощи руки для осуществления вспомогательных операций, чтобы не было закупорок и создавался вакуум в областях ногтей пальцев мыска, а в случаях [illegible]ипания материала в передней части мыска следует с[illegible]атериала назад по направлению к нижней части стопы.



6. После того как Вы получили под вакуумом четкий косметический отпечаток от формообразующей стопы, выдержите область мыска стопы под вакуумом и прогревом еще в течение 1-2 минут. Вы можете увидеть небольшой блеск в области мыска стопы в тех местах, где Вы прогревали термооблицовку. Если мысок стопы остался блестящим, то после охлаждения стопу можно почистить при помощи талька, а затем протереть от остатков талька.

7. Выдержите формообразующую стопы под вакуумом и дайте остыть естественным образом до комнатной температуры.

8. Сдвиньте вакуумную трубку назад и наружу между термооблицовкой и вспененным наполнителем и завершите формовку термооблицовки и вспененного наполнителя при помощи нагрева.

9. Подклейте термооблицовку к гильзе протеза при помощи промышленного клея типа винил-цемент и обрежьте проксимальный край.

Размерный ряд для Косметическую термооблицовку EasySkin - TSK

Измерения



Таблица размеров косметической термооблицовки EasySkin TSK (Дюймовый размеры)
Спецификация

МАЛЕНЬКАЯ (S)	**длина стопы**	**окружность щикотолки**	**икроножная окружность**
Минимум	7,1 дюймов	6,7 дюймов	9,9 дюймов
Максимум	9,1 дюймов	8,7 дюймов	13,8 дюймов
БОЛЬШАЯ (L)			
Минимум	9,1 дюймов	8,7 дюймов	13,8 дюймов
Максимум	11,8 дюймов	11,4 дюймов	17,7 дюймов

Таблица размеров косметической термооблицовки EasySkin TSK (Метрические размеры)
Спецификация

МАЛЕНЬКАЯ (S)	**длина стопы**	**окружность щикотолки**	**икроножная окружность**
Минимум	18 см	17 см	25 см
Максимум	23 см	22 см	35 см
БОЛЬШАЯ (L)			
Минимум	23 см	22 см	35 см
Максимум	30 см	29 см	45 см

*Все икроножные измерения и измерения щиколотки приведены в см.

- Для подклеивания термооблицовки подходит любой клей типа винил-цемент. ALPS рекомендует проверенный клей HH-66 от McMaster Carr.

- Вы можете заказать тюбик банку клея HH-66 от McMaster Carr, 4 унции (113 г) , шифр 7507A1 на сайте производителя *www.mcmaster.com*, тел. *(404) 346 - 7000*

6-месячная гарантия на дефекты, возникшие по вине производителей.

Предупреждение: Внимание: Гарантийные обязательства не распространяются на изделия имеющие порезы, отверстия, разрывы, повреждения поверхности вследствие ударов, царапин, повреждения вызванные воздействием когтей/зубов животных, использование жиросодержащих смазок и т. д. и т. п.

Alps Corporate Offices
2895 42nd Avenue North
St. Petersburg, Florida, USA 33714

Представительство в России
ООО “Компания ВИТА-ОРТА”,
141011, Россия, Московская Область,
г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 10
тел./факс:+7 (495) 103 4004
e-mail: sales@vitaorta.ru
web: www.vitaorta.ru